




**Natalia Prats**  
[npratp@aemet.es](mailto:npratp@aemet.es)  
Izaña Atmospheric Research Centre  
AEMET

IMDS  
(PMx automatic)  
- Boîter  
électronique  
- Capteur



Calitoo  
(photomètre  
solaire portable)


IMDS  
(PMx automatic)  
- Electronics box  
- Sensor head



## IMDS


(PMx automatic)

- Electronics box
- Sensor head



Capteur

Boîtier électronique




À l'intérieur du boîtier électronique, vous trouverez un capteur PMx à remplacer, si nécessaire



Veillez le retirer du boîtier électronique et le stocker dans un endroit sûr

Montez fermement le capteur sur le mât



Nord



ATTENTION!!!  
N doit pointer vers la direction nord




Câble vers le capteur

Câble d'alimentation/  
connexion

Câble réseau/  
connexion

Câbles non fournis!





Allumez l'interrupteur et vérifiez que l'écran s'allume

Quelques minutes plus tard, vérifiez si les données sont disponibles dans <https://calima.aemet.es/>



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

